



Atenção! Ler, seguir e guardar como referência estas Instruções de Uso.

Este dispositivo médico exige procedimento cirúrgico especializado. Somente deverá ser executado por cirurgiões habilitados com treinamento específico incluindo diagnóstico, planejamento pré-operatório e protocolo cirúrgico. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, incluindo o ambiente cirúrgico, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

INDICAÇÕES

O Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix é constituído por implantes metálicos biocompatíveis – placas e parafusos – para aplicação em cirurgias ortopédicas de osteossíntese em membros inferiores e superiores, com a função de recuperação de fraturas, promovendo a estabilização, correção e fixação óssea temporária, não agindo como substituto das estruturas normais do esqueleto humano. Sua aplicação é indicada nos seguintes casos:

- Fraturas expostas I, II, III (A, B, C);
- Fraturas fechadas;
- Fraturas articulares e periarticulares;
- Artrodese;
- Osteotomia;
- Pseudoartroses ou retardo de consolidação com ou sem infecção.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix é composto por Placas e Parafusos desenvolvidos para serem utilizados em cirurgias para fixação, estabilização, correção e recuperação de fraturas dos membros superiores e inferiores.

Os componentes deste sistema não são projetados para substituir ossos saudáveis, tampouco para suportar a fadiga de uma carga completa, principalmente nos casos de fraturas instáveis ou no caso de não consolidação, atraso na consolidação ou recuperação incompleta.

Os componentes a seguir são fabricados em Titânio conforme norma ASTM F136 – *Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNS R56401)*:

- Placa Distal De Tíbia
- Placa Retilínea
- Placa Standard
- Placa Ls Clavícula
- Placa Ls 3.5 T
- Placa Proximal De Úmero
- Placa Ls 3.5 Retilínea
- Placa Ls 3.5 Semi-Tubular
- Placa Distal De Fêmur M.I.
- Placa Proximal De Tíbia M.I.
- Placa Ls Proximal De Tíbia 4.5 L
- Placa Ls 4.5 Larga
- Placa Osteotomia De Fêmur Distal
- Placa Ls 4.5 T
- Placa 3.5 Distal De Tíbia Antero Lateral
- Placa T Medial De Platô Tibial Pequena
- Placa T Medial De Platô Tibial Grande
- Placa L Lateral De Platô Tibial Pequena
- Placa L Lateral De Platô Tibial Grande
- Placa Volar Rádio Distal
- Placa Anatômica Volar Rádio Distal
- Placa Anatômica Dorsal Rádio Distal
- Placa Dorsal
- Placa Anatômica Ulna Distal
- Placa Ls De Clavícula Com Gancho
- Parafuso Locking
- Parafuso Locking Auto Perfurante
- Parafuso Cortical Standard
- Parafuso Esponjoso Standard
- Parafuso Esponjoso Rosca Parcial
- Parafuso Esponjoso R16
- Parafuso Esponjoso R32
- Parafuso Locking Periprostético
- Parafuso Tampão
- Pino Liso Star Head
- Parafuso Mini Locking

Os componentes a seguir são fabricados em Titânio conforme norma ASTM F67 - *Standard Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications (UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700)*:

- Placa Ls Calcâneo
- Placa Pilão Tibial
- Placa Ls 3.5 Reconstrução
- Placa Gancho Medial De Tíbia
- Placa T Posterior De Tíbia
- Placa T Posterior De Platô Tibial
- Placa Retilínea Bloqueada De Fíbula
- Placa Distal De Fíbula
- Placa Gancho Lateral De Fíbula
- Placa Reta Bloqueada
- Placa Reta Flexível Bloqueada
- Placa Pélvica Curva Bloqueada
- Placa Bloqueada Para Articulação Sacro-Iliaca Posterior
- Placa Bloqueada Para Parede Acetabular Posterior
- Placa Bloqueada Para O Púbis
- Placa Iliopectínea Bloqueada
- Placa Bloqueada Para Articulação Sacro-Iliaca
- Placa Bloqueada Para Articulação Sacro-Iliaca Anterior
- Placa De Sínfise Púbica Bloqueada
- Placa Gancho Da Parede Acetabular Posterior Bloqueada
- Placa Mola
- Placa Bloqueada Superfície Quadrilátera
- Placa T 2.7
- Placa Y 2.7
- Placa X 2.7
- Placa L 2.7

Vendidos unitariamente, estão disponíveis em diferentes dimensões para oferecer alternativas com melhor adaptação às necessidades de cada paciente.

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL – COMPONENTES DO SISTEMA

A seguir tabela de compatibilidade dimensional entre os componentes do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix.

Tabela de Compatibilidade Dimensional
Placas e Parafusos Pequenos Fragmentos

• Placa Distal De Tíbia • Placa Artrodese De Punho • Placa Calcâneo • Placa Clavícula	• Parafuso Locking D3.5 • Parafuso Locking Star Head D3.5 • Parafuso Locking Auto Perfurante D3.5 • Parafuso Locking Auto Perfurante Star Head D3.5
• Placa Pilão Tibial • Placa Ls 3.5 T • Placa Proximal De Úmero • Placa Ls 3.5 Reconstrução	• Parafuso Cortical Standard D3.5 • Parafuso Cortical Standard Star Head D3.5 • Parafuso Standard Esponjoso D4.0 • Parafuso Standard Esponjoso Star Head D4.0
• Placa Ls 3.5 Retilínea • Placa Ls 3.5 Semi-Tubular	• Parafuso Esponjoso Rosca Parcial D4.0 • Parafuso Esponjoso Rosca Parcial Star Head D4.0
• Placa 3.5 Distal De Tíbia Antero Lateral • Placa Gancho Medial De Tíbia • Placa T Posterior De Tíbia • Placa T Medial De Platô Tibial • Placa L Lateral De Platô Tibial • Placa T Posterior De Platô Tibial • Placa Retilínea Bloqueada De Fíbula • Placa Distal De Fíbula • Placa Gancho Lateral De Fíbula • Placa Volar Rádio Distal • Placa Anatômica Volar Rádio Distal • Placa Anatômica Dorsal Rádio Distal • Placa Anatômica Ulna Distal • Placa Reta Bloqueada • Placa Reta Flexível Bloqueada • Placa Pélvica Curva Bloqueada • Placa Bloqueada Para Articulação Sacro-Iliaca Posterior • Placa Bloqueada Para Parede Acetabular Posterior • Placa Bloqueada Para O Púbis • Placa Iliopectínea Bloqueada • Placa Bloqueada Para Articulação Sacro-Iliaca	• Parafuso Tampão Star Head D3.5mm • Parafuso Cortical D2,7 • Parafuso Cortical D3.5 • Pino Liso Star Head D2,4 • Parafuso Mini Locking D2,7 • Parafuso Cortical Standard D2,4 • Parafuso Locking Star Head D2,4

INSTRUÇÕES DE USO

SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS PARA PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS NEOFIX

- Placa Bloqueada Para Articulação Sacro-Iliaca Anterior
- Placa De Sínfise Púbica Bloqueada
- Placa Gancho Da Parede Acetabular Posterior Bloqueada
- Placa Mola
- Placa Dorsal
- Placa Bloqueada Superfície Quadrilátera

Tabela de Compatibilidade Dimensional
Placas e Parafusos Grandes Fragmentos

• Placa Distal de Fêmur M.I. • Placa Proximal De Tibia M.I. • Placa LS Proximal De Tibia 4.5 L • Placa LS 4.5 Larga • Placa LS 4.5 Estreita • Placa Osteotomia de Fêmur • Placa Osteotomia de Tibia Lateral • Placa Osteotomia de Tibia Medial • Placa LS 4.5 T	• Parafuso Locking Ø5.0 • Parafuso Locking Star Head Ø5.0 • Parafuso Locking Autoperfurante Ø5.0 • Parafuso Locking Autoperfurante Star Head Ø5.0 • Parafuso Cortical Standard Ø4.5 • Parafuso Cortical Standard Star Head Ø4.5 • Parafuso Esponjoso Standard Ø6.5 • Parafuso Esponjoso Standard Star Head Ø6.5 • Parafuso Esponjoso R16 Ø6.5 • Parafuso Esponjoso R16 Star Head Ø6.5 • Parafuso Esponjoso R32 Ø6.5 • Parafuso Esponjoso R32 Star Head Ø6.5 • Parafuso Tampão Star Head Ø5.0mm • Parafuso Locking Periprotético Ø5.0 • Parafuso Locking Periprotético Star Head Ø5.0
---	--

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Os componentes do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix são vendidos unitariamente acondicionados da seguinte forma:

- PLACAS - embalagem tipo envelope (papel grau cirúrgico e filme plástico);
- PARAFUSOS - embalagem tipo envelope (papel grau cirúrgico e filme plástico) OU embalagem tipo blister (papel grau cirúrgico + filme plástico rígido);

As embalagens mencionadas são devidamente seladas e rotuladas.

Os componentes do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix são fornecidos NÃO ESTÉREIS devendo ser esterilizado antes da sua utilização, conforme instruções constantes no item **Esterilização**.

Nota: Os componentes do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix são de USO ÚNICO, sendo PROIBIDO SEU REPROCESSAMENTO.

CUIDADOS ESPECIAIS E INSTRUÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Ver, seguir e guardar como referência as Instruções de uso.

Utilizar o produto apenas para o fim a que se destina.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do cirurgião, cabendo ao mesmo à escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

Antes da utilização, efetuar a esterilização dos implantes de acordo com as instruções recomendadas no item **Esterilização**.

Manipular os implantes exclusivamente em ambientes adequados com os devidos cuidados. Somente profissionais capacitados devem manipular e implantar os componentes do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix. Os implantes deverão ser aplicados e adaptados de acordo com as exigências e técnicas cirúrgicas adequadas.

Os implantes, objetos desse registro, somente devem ser utilizados com o auxílio de seus instrumentais específicos Neoortho.

Antes de utilizar o produto, o cirurgião deve avaliar cuidadosamente as recomendações, avisos e precauções informadas pelo fabricante.

Recomenda-se que os cirurgiões juntamente com suas equipes e instrumentadores, antes do início da cirurgia, realizem a verificação do material a ser utilizado (quanto à quantidade e funcionalidade) e a presença completa dos instrumentais essenciais e auxiliares para aplicação do implante. Não indicamos o início do procedimento cirúrgico sem tais cuidados prévios.

Antes do uso deve-se observar a integridade dos implantes e instrumentais, os quais não devem apresentar escoriações.

Todos os produtos devem ser manuseados com cautela. O manuseio inadequado pode danificar e/ou prejudicar o funcionamento adequado do produto. O produto não poderá sofrer choque mecânico, como queda ou batida, pois poderá introduzir tensões internas que comprometerão a vida útil do implante.

Os produtos devem estar corretamente limpos e esterilizados.

Qualquer complicação ou outros efeitos que possam ocorrer por razões tais como indicação ou técnica cirúrgica incorreta, escolha inadequada de material, falta de assepsia etc., é de responsabilidade do cirurgião e não pode ser transferida ao fabricante ou aos fornecedores do produto.

A NEOORTHO não se responsabiliza por qualquer adaptação realizada durante o procedimento cirúrgico com o material que fornece e contraindica formalmente qualquer tentativa de adaptação, lembrando as consequências éticas e legais que possam advir de tais adaptações.

A ausência de um dos componentes da caixa (container, box, bandeja), NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MATERIAL DIFERENTE DO RECOMENDADO, o que pode acarretar grande transtorno ao paciente e ao cirurgião, sendo recomendado o cancelamento do ato cirúrgico.

A seleção do produto deverá estar de acordo com a técnica utilizada e necessidade do paciente, devendo-se levar em consideração o tipo de patologia e o local onde será aplicado.

As Placas do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix são projetadas para adaptar-se adequadamente ao osso a ser tratado. Cada modelo é projetado conforme o local em que deverá ser utilizado.

Em determinadas situações, é necessário moldar o implante para adequá-lo perfeitamente a anatomia do osso a ser tratado. A correta seleção do implante é fundamental para o sucesso da cirurgia e o perfeito funcionamento do sistema implantado. Caso necessário, os implantes podem ser moldados, desde que selecionado corretamente. O limite para a moldagem do implante é a própria anatomia do osso em que será utilizado. O implante não deve ser dobrado em ângulos agudos, dobrado ao contrário ou riscado. Um implante uma vez moldado não pode ser novamente moldado para a sua forma original, pois poderá acarretar fratura precoce do implante e consequentemente falha na função do produto.

Sugere-se também controle radiológico pré-operatório para verificar a localização dos segmentos desejados, bem como controle radiológico transoperatório para auxiliar no posicionamento correto dos implantes e controle pós-operatório imediato, documentando a colocação e estabilidade do implante no local selecionado.

As características do suporte ósseo devem ser observadas conforme informações constantes no item **Contraindicações** e da experiência do cirurgião.

O Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix é testado e avaliado através de ensaios mecânicos que buscam reproduzir as situações reais mais críticas a serem suportadas, salienta-se que, os implantes têm intuito de proporcionar a fixação temporária e não substituir estruturas do sistema esquelético. É importante o acompanhamento médico pós-operatório com controle radiológico para avaliação do resultado desejado de forma que se permita um aumento progressivo de carga a ser suportada pelo sistema.

É imprescindível a orientação do paciente quanto à necessidade de um acompanhamento profissional pós-cirúrgico, observando a importância sobre cuidados e restrições pós-operatórios.

O cuidado pós-operatório e a capacidade e cooperação do paciente para seguir as instruções são alguns dos fatores mais importantes para a adequada cicatrização do osso de acordo com as recomendações do médico.

Pacientes devem ser advertidos a seguir um programa de terapia de suporte com a intenção de auxiliar o tratamento realizado.

O paciente também deve ser instruído a relatar qualquer alteração não habitual do local operatório ao seu cirurgião. O cirurgião deverá acompanhar o paciente se for detectado uma alteração no local.

Este dispositivo médico exige procedimento cirúrgico especializado. Somente deverá ser executado por cirurgiões habilitados com treinamento específico incluindo diagnóstico, planejamento pré-operatório e protocolo cirúrgico. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, incluindo o ambiente cirúrgico, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

A utilização deste material deverá ser feita apenas nas indicações e dentro dos parâmetros tecnicamente aceitos no país.

Recomenda-se que seja emitida para o paciente, a carteira de identificação que informa que o paciente é portador de implante.

Recomenda-se que fisioterapeutas tenham conhecimento dos implantes para dar continuidade ao tratamento fisioterápico.

O Titânio empregado no Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix atende as especificações conforme as normas ASTM F136 e ASTM F67.

INSTRUÇÕES DE USO

SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS PARA PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS NEOFIX

O Titânio empregado na fabricação dos implantes é um metal biocompatível.

O Titânio empregado na fabricação dos implantes é um metal paramagnético. Em vista disso, a probabilidade de interferência com relação ao aquecimento, a migração ou ao artefato de imagem em um exame de ressonância magnética é improvável, ou seja, os benefícios em utilizar a ressonância magnética em pacientes que possuam implantes do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix superam os riscos.

Em caso de cirurgia a ser feita durante a gravidez, fica sob responsabilidade da equipe médica a avaliação das condições da paciente e a decisão sobre a realização ou não do procedimento cirúrgico.

Em caso de infecção, a necessidade de remoção do implante deverá ser avaliada pelo cirurgião.

Os implantes quando retirados JAMAIS deverão ser reutilizados.

Se removidos os implantes devem ser descartados conforme procedimentos descritos no item **Descarte de Materiais** destas instruções de uso.

Os Implantes deverão ser manipulados apenas por pessoal especializado médico e de enfermagem, principalmente em sua fase de esterilização e implantação. Este material, apesar de sua facilidade de manuseio e de colocação, não dispensa a experiência prévia da equipe cirúrgica com este tipo de procedimento.

Recomenda-se que seja realizado um planejamento pré-operatório antes do início do procedimento cirúrgico.

A correta seleção do implante é extremamente importante, pois está diretamente ligada ao sucesso da implantação, ajudando a minimizar os riscos principalmente quando o seu uso é destinado a suportar esforços totais, sustentação e carregamento. Entretanto, a indicação específica e seleção do modelo ou tamanho a ser usado em cada paciente individual dependerão de diagnóstico e indicação médica, considerando as características anatômicas do paciente.

Nenhum componente deste sistema pode ser utilizado com componentes de outros fabricantes devido à possibilidade de incompatibilidade dimensionais e de projeto.

A implantação do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix, bem como outros procedimentos cirúrgicos, pode provocar desconforto e edema localizado, incluindo algumas complicações:

- Lesão nervosa ou arterial, frequentemente associada à técnica cirúrgica inadequada;
- Infecção local ou sistêmica, superficial e/ou profunda;
- Não união ou união retardada.
- Perda ou insucesso da fixação.
- Migração ou mobilização do dispositivo.
- Afrouxamento mecânico, torção, desmembramento e quebra dos componentes podem ser resultado de fixação defeituosa, falta de consolidação ou infecção oculta.
- Risco de lesão causada por trauma acidental no período pós-operatório.
- Sensibilidade superficial ou muscular em pacientes com cobertura inadequada de tecido na área operada.
- Dor, desconforto ou sensações anormais devido à presença do dispositivo.
- Enfermidade e Morte: em todos os procedimentos cirúrgicos existe uma incidência de enfermidade e morte e o paciente deve ser comunicado pelo cirurgião antes de sofrer a cirurgia ficando advertido quanto a essa incidência.

Algumas destas complicações podem exigir uma intervenção cirúrgica adicional.

RASTREABILIDADE DOS IMPLANTES

O fabricante é responsável, juntamente com distribuidores/fornecedores e hospitais, pela rastreabilidade dos componentes do Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix.

Em uma das etapas do processo de fabricação dos implantes é realizada a gravação a laser de informações como, por exemplo, marca registrada do fabricante, número do lote de fabricação, código de referência do produto e dimensões do produto, para que se possa completar uma das fases da rastreabilidade dos implantes.

No caso dos componentes da família de Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix, a rastreabilidade é garantida pela gravação no corpo do implante (marcação inviolável) das seguintes informações.

- Logomarca
- Código do Produto
- Número do lote de fabricação

O Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix não é permanente, sendo indicada a retirada após a obtenção do uso pretendido.

A RDC 594/2021 estabelece que os materiais implantáveis permanentes apresentem etiquetas de rastreabilidade. Portanto não se aplica ao Sistema objeto deste registro.

Uma vez ocorrido qualquer evento adverso relacionado ao produto, o PACIENTE, de posse das informações referentes ao seu implante, procurará o CIRURGIÃO responsável para avaliação do seu estado. Desde que diagnosticado e certificado que o problema advém do produto, o HOSPITAL, responsável por arquivar todos os dados referentes ao produto, cirurgia, materiais e processo de esterilização, entrará em contato com o DISTRIBUIDOR relatando a ocorrência. O DISTRIBUIDOR solicitará uma Análise de Causa ao FABRICANTE.

Se ocorrer algum evento adverso ou queixa técnica relacionada ao produto, o CIRURGIÃO deverá utilizar o NOTIVISA para efetuar uma notificação. Ao receber a notificação, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária analisarão a notificação de acordo com a gravidade e risco do evento adverso.

Obs.: O NOTIVISA é um sistema informatizado da ANVISA na plataforma web para receber as notificações de eventos adversos com os produtos sob vigilância sanitária.

Na eventualidade de ocorrer algum evento adverso ou queixa técnica relacionado ao produto com notificação obrigatória, o detentor do registro junto à ANVISA entrará em contato com Órgão de Vigilância Sanitária conforme especificado pela RDC 67 de 21 de dezembro de 2009 e pela RDC 551 de 30 de agosto de 2021.

ESTERILIZAÇÃO

O Sistema de Placas Especiais para Pequenos e Grandes Fragmentos Neofix é fornecido **NÃO ESTÉRIL** e de USO ÚNICO devendo ser esterilizados antes da sua utilização.

O local de esterilização do produto (CME Hospitalar) deverá proceder todos os requisitos técnicos de esterilização antes de submetê-lo ao processo de esterilização (testes biológicos e físicos da autoclave). É de total responsabilidade do hospital a validação do processo de esterilização.

A manipulação do produto não apresenta nenhuma particularidade técnica a ser alertada ao pessoal da CME, desde que obedecidas às recomendações aqui já explicitadas.

RECOMENDAMOS APENAS O PROCESSO EM AUTOCLAVE A VAPOR PARA ESTERILIZAÇÃO DOS IMPLANTES.

Utilizar autoclave hospitalar, de acordo com o procedimento padrão adequado. Recomenda-se o uso dos seguintes parâmetros para a esterilização:

Temperatura de esterilização: 132 °C
Tempo de um ciclo de esterilização: 4 minutos
Tempo de secagem: 20 minutos

A embalagem do produto é adequada para o método de esterilização citado acima.

O material esterilizado não deve permanecer no interior da autoclave.

Recomendamos a utilização imediatamente do produto após o processo de esterilização, pois existe o iminente risco de recontaminação do material quando ele é exposto ao ambiente quente e úmido.

Não permitir o contato de produtos contaminados com produtos já esterilizados, evitando o risco de infecção cruzada.

NÃO RECOMENDAMOS A ESTERILIZAÇÃO DOS IMPLANTES POR ÓXIDO DE ETILENO, RADIAÇÃO GAMA OU CALOR SECO (ESTUFA).

OS IMPLANTES NÃO DEVERÃO SER COLOCADOS EM GLUTARALDEÍDO OU SIMILARES.

CONTRAINDICAÇÕES.

Qualquer condição de saúde, relativa a uma doença ou ao doente, que leve a uma limitação da realização do procedimento cirúrgico (contra-indicação relativa), ou até a não realização dele (contra-indicação absoluta). Caso essa condição não seja observada, poderá acarretar graves efeitos nocivos à saúde do paciente.

As contra-indicações (relativas ou absolutas) devem ser levadas em consideração pelo cirurgião quando da sua tomada de decisão. A escolha de um determinado dispositivo deve ser cuidadosamente observada em relação à avaliação geral do paciente. As circunstâncias relacionadas abaixo podem reduzir as chances de se obter um resultado bem-sucedido:

Contra-indicações relativas:

- Qualquer anormalidade presente que afete o processo normal de cicatrização óssea, incluindo, mas não se limitando a osteoporose moderada e severa; absorções ósseas, tumores primários ou metastáticos; distúrbios de metabolismo que afetem a osteogênese, quadros de imunossupressão, quadros inflamatórios crônicos, quadros sépticos.
- Problemas que alterem a circulação sanguínea no local da fratura.

INSTRUÇÕES DE USO

SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS PARA PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS NEOFIX

- Pacientes com problemas de obesidade podem comprometer a fixação.
- Gravidez (avaliação a critério médico). Não há complicações descritas para uso de dispositivos em pacientes gestantes, a não ser as decorrentes do próprio procedimento cirúrgico.
- Uma condição de senilidade, doença mental ou abuso de substâncias. Estas condições, entre outras, podem fazer com que o paciente ignore certas limitações e precauções necessárias quanto ao uso do implante, levando a uma falha ou a outras complicações.
- Pacientes que tem razões sociais e físicas para não se adequar a um tipo de fixação externa.
- Os pacientes que apresentarem más condições de partes moles e óssea para o uso do dispositivo.
- Sensibilidade ou alergia ao metal do produto médico.

Contraindicações absolutas:

- Infecção ativa aguda em que haja risco ao paciente de acordo com avaliação do cirurgião.
- Pacientes portadores de osteoporose grave.

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

Orientar o paciente quanto à necessidade de um acompanhamento profissional pós-cirúrgico, observando a importância das orientações sobre cuidados e restrições pós-operatórios.

O cuidado pós-operatório e a capacidade e cooperação do paciente para seguir as instruções são alguns dos fatores mais importantes para a adequada cicatrização do osso.

Pacientes devem ser advertidos a seguir um programa de terapia de suporte com a intenção de auxiliar o tratamento realizado.

O paciente também deve ser instruído a relatar qualquer alteração não habitual do local operatório ao seu cirurgião. O cirurgião deverá acompanhar o paciente se for detectada uma alteração no local.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O implante deve ser armazenado de forma a manter sua configuração original, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem.

Recomenda-se que os implantes sejam armazenados separadamente de instrumentais.

Armazenar preferencialmente em estantes de armação metálica ou vidro, possibilitando assim a limpeza e higiene diária para garantir que o ambiente de armazenamento esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Não armazenar os implantes em prateleiras altas, próximas de lâmpadas (para não ressecar a embalagem ou apagar o rótulo).

Não armazenar os implantes diretamente no chão.

Não armazenar os implantes em áreas onde se utilize substâncias contaminantes como inseticidas, pesticidas ou materiais de limpeza.

Os implantes devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração em sua embalagem quando nas condições de recebimento. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a sua embalagem, mantendo assim a sua integridade.

Qualquer implante transportado que tenha suas características superficiais alteradas, por exemplo: que tenha caído no chão ou que tenha sido mal manuseado ou que tenha causado algum dano; NÃO PODE SER UTILIZADO e precisa retornar ao fornecedor imediatamente.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia depois de utilizados poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Recomenda-se que os componentes que forem removidos dos pacientes devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

No Brasil, a legislação vigente determina que resíduos de serviço de saúde (RSS) com suspeita ou certeza de contaminação biológica devem ser submetidos a tratamento e descaracterização antes da disposição final.

Os métodos e procedimentos de descarte de implantes ortopédicos devem assegurar a completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de reutilização. Recomendamos que os implantes removidos sejam cortados, dobrados ou deformados para impedir sua reutilização. A descaracterização do implante é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, bem como os métodos e procedimentos utilizados.

No caso de embalagem danificada ou vencimento do prazo de validade, o produto deve ser descartado, seguindo a legislação vigente.

Produto não-estéril Proibido reprocessar

	Fabricante Manufacturer
	Data de fabricação Date of manufacture
	Prazo de validade Use by date
	Código do lote Batch code
	Número de referência Catalogue number
	Tamanho do produto Product size
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada Do not use if package damaged
	Manter afastado de luz solar Keep away from sunlight
	Manter seco Keep dry
	Não reutilizar Do not re-use
	Não estéril Non-sterile
	Ver instruções de uso Consult Instructions for use ifu.neoortho.com.br
	Cuidado: Atenção ao operar o produto Caution: Attention while using the product
Produto de uso único	

Fabricado por:

NEOORTHO Produtos Ortopédicos S/A
Rua: Ângelo Domingos Durigan, 607 – Cascatinha
82025-100 Curitiba – Paraná – Brasil
CNPJ 08.365.527/0001-21 - Indústria Brasileira

Lote e Data de Fabricação:

Vide Rótulo

Registro ANVISA: 80546720110

Para maiores informações, consulte nosso website: www.neoortho.com.br

A Neoortho disponibiliza as instruções de uso para download no site ifu.neoortho.com.br. Para obter Instruções de Uso impressas sem custo de emissão e envio, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do número (41) 3535-1089 ou pelo e-mail sac@neoortho.com.br.